

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку набавке мале вредности добара, број 404-1/31Д-2020-28 - Набавка РСР апарата, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:

### **Питање број 1.**

„Поштовани,

Молим Вас за питање у вези са јавном набавком број 404-1/31Д-2020-28 - Набавка РСР апарата: На страни 25 конкурсне документације наведене су техничке карактеристике апарата произвођача Аплиед биосистемс, с обзиром да то може да понуди само један понуђач, а по закону о заштити конкуренције молим Вас да погледате спецификацију у прилогу и да нам дате појашњење да ли је спецификација уређаја Gentier 96Е прихватљива.“

### **Одговор:**

У складу са одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Такође, у смислу Закона о јавним набавкама, техничке спецификације представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара. Оне морају омогућити да се добра, који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца.

Техничке спецификације у случају набавке добара одређују карактеристике добара као што су димензије, ниво квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета, сигурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, потрошњу других битних ресурса током коришћења производа, доступност за све кориснике (укључујући доступност инвалидним лицима) и оцену усаглашености, употребу производа, као и друге карактеристике које се тичу производа као што су назив под којим се производ продаје, терминологија, ознаке, тестирање и методе тестирања, паковање, обележавање и етикетање, производни процес и процедура оцене усаглашености.

Одредбама члана 71. став 1. тачка 1. прописано је да Наручилац одређује техничке спецификације са позивом на техничке спецификације из члана 70. овог закона и на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима „или одговарајуће“.

Напомињемо, да су приликом одређивања техничке спецификације за предметну јавну набавку, Конкурсном документацијом, на страни 25/33, у делу Образац број X Техничка спецификација добра са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, у складу са одредбама члана 71. став 1. тачка 1. одређене минималне техничке карактеристике предметног добра - PCR апарата, као и да је навођење назива производа (робне марке производа) „Real-Time PCR Sistem - Quant Studio 5“, праћено речима „или одговарајуће”.

**X ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА**  
са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни

ОПИС ДОБРА	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а (динара)	ПДВ у %	ПДВ (динара)	Укупна цена са ПДВ-ом (колоне 4+5) (динара)	Произвођач
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Real-Time PCR Sistem - Quant Studio 5 или одговарајући</b> Минималне техничке карактеристике апарата су: • капацитет за један плeјт од 96 места • 0.2 или 0,1 ml блок, зависно од избора; реакциона запремина у опсегу од 10-100µl или од 10-30µl, зависно од избора блока • Извор ексцитације: бела LED лампа • Опсег ексцитације/детекције: 450-680nm/500-730nm • 6 ексцитационих и емисионих филтера канала/21 филтер комбинација • Multiplexing до 6 таргета • 2D баркод читање опционо • Метод загревања/хлађења: Peltier • Блок израђен од 6 Vertiflex температурних зона • Максимална temp rate блока: 6,5°C или 9°C /sec, зависно од блока • Просечна temp rate узорка: 3,66°C/sec • Температурна униформност: 0,4°C • Температурна тачност: 0,25°C • Брзина run-а мање од 30 минута • Детекција 1 копије • Извођење реакције стандард и брзи FAST™ mode • Могућност коришћења TaqMan i SYBR green хемије • Компатибилност боја: FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy5/LIZ, Cy 5.5; • Интерактивни touch screen екран • Remote мониторинг укључен • Прeko Cloud-а систем омогућава приступ подацима у било ком тренутку и са било које локације. • Уграђени софтвер обезбеђује додатну електронску заштиту и безбедност од неауторизованог приступа инструменту, уз помоћ 21 CFR /11 усклађености. • Могућност рада на спелејним апликацијама: генска експресија, SNP генотипизација, microRNA, copy number варијације, детекције мутација, High resolution melting, метаболизма дрога као и многа друга.	комад	1					

**НАПОМЕНА:**

Понуђач - Добављач је у обавези:

- да предметно добро - PCR апарат испоручи, о свом трошку, на адресу у ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш („франко магацин Наручиоца“);
- да изврши инсталацију предметног добра - PCR апарата;

У Нишу, дана 25.05.2020. године